



Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный парк «Плещеево озеро»

(ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»)

152020 Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 41.

Тел./факс: (48535) 3-11-46; (48535) 3-08-44

Экоаналитическая лаборатория

ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»

152020 Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пос. Красный Химик, д. 1, к. 408.

Тел. +7(980)654-76-95 E-mail: laboratoria@pereslavl.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 28 от «05» августа 2023 год

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. Заведующий экоаналитической лабораторией
ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»

/Цветкова Е.С./

2023г.



Лист 1 Листов 2

Наименование образца испытаний: природная вода

Наименование и адрес заказчика: ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро», 152020

Ярославская область, город Переславль-Залесский, улица Советская, дом 41

Место и метод отбора, план отбора и шифр пробы:

К19 – р. Вёкса в 100 м выше плотины-переезда в пос. Купанское

К20 – р. Вёкса в районе пляжа пос. Купанское

К21 – р. Вёкса в районе Московского пляжа

К22 – местечко Урев, р. Вёкса в 100м ниже истока

1. Дата и время отбора пробы: 05.08.2023 г. 12:30 – 13:30 ч.

2. Номер акта отбора пробы: №29

3. Дата и время доставки пробы: 05.08.2023 год в 11:30 ч.

4. Дата проведения анализа: 05.08.2023 г.

5. Дата выдачи Протокола: 05.08.2023 г.

№	Наименование показателя, единицы измерения	НД на МИ	Номер пробы <u>К19</u>		Номер пробы <u>К20</u>		Номер пробы <u>К21</u>		Номер пробы <u>К22</u>	
			Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность
1.	Водородный показатель pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,0	0,2	7,0	0,2	7,2	0,2	8,6	0,2
2.	Ионы аммония, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	2,59	0,62	2,07	0,62	0,57	0,13	0,14	0,05
3.	Нитрит-ионы, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	0,063	0,013	0,061	0,012	0,047	0,009	0,052	0,010
4.	Фосфат-ионы, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	0,73	0,10	0,26	0,04	0,13	0,02	<0,05	-
5.	Растворенный кислород, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	<0,5	-	2,62	0,21	1,8	0,14	7,31	0,59

Исполнитель:

И.о. заведующей лабораторией

 /Цветкова Е.С./

Дата выдачи протокола _____ Протокол получен _____
 (подпись) (ф.и.о. и должность)

окончание протокола №28